

## Hygiejneplan - Rengøring før første patient og mellem patient

Principper/mål	Klinikkens fremgangsmåde	Hvem/hvornår
<p><a href="#">Rengøring og desinfektion af unit og udstyr før første og mellem hver patient</a></p> <p>Overflader på dentalunits, løst og fast inventar og ikke-steriliserbart flergangsudstyr, der ikke afdækkes, skal rengøres og desinficeres efter hver patient.</p>	<p><b>Inden første pt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Håndhygiejne</li> <li>• Alle overflader aftørres med en desinfektionsserviet vædet med xxxx (se rengøring mellem pt)</li> </ul> <p><b>Mellem hver pt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Håndhygiejne</li> <li>• Journal klargøres</li> <li>• Materialer til opdækning klargøres</li> <li>• Montere udstyr og barriere uden at røre sterile overflader</li> <li>• PT hentes og forsynes med serviet, vand i et krus</li> <li>• Låget på kassetten og poser med sterile instrumenter åbnes, uden at røre sterile overflader</li> <li>• Tag værnemidler på og udfør håndhygiejne</li> <li>• Anatomisk pincet placeres i vasen</li> </ul> <p><b>Efter hver pt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle instrumenter lægges tilbage i kassetter, holder eller petriskåle og lukkes med dertilhørende låg</li> <li>• Alt brugt "goods" (inkl. det der er lagt frem, men ikke brugt) samles på f.eks. bakke eller kassetten</li> <li>• Handskerne tages af og der udføres håndhygiejne</li> <li>• Godset afleveres i sterilisationen</li> <li>• Håndhygiejne udføres</li> </ul> <p><b>Alle overflader aftørres med en desinfektionsserviet vædet med xxxx, i følgende rækkefølge, ny serviet til hvert område:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tastatur, skærm bordplade, udtræksplade</li> <li>2. Patientstolen, nakkestøtte, ryg, sæde</li> <li>3. Operationslampe, top-ophængte instrumenter, instrumentbro, kontrolpanel, skærm, instrumentbakkeholder</li> <li>4. Holder til vandkrus, vandkrusfylder, håndtag til sugeslange, samt fontænekant</li> <li>5. Skyl fontænen ved at trykke på tasten til fontæneskyl og derefter desinficere indvendigt på fontænen uden berøring med handskerne</li> </ol> <p><b>Anvend værnemidler i forhold til producenternes anvisninger</b></p>	<p>TKA tilknyttet behandlingen.</p> <p>Dagligt i forbindelse med alle behandlinger.</p>